


Produktdetails

1790-584-212

1790-584-212 Zentralscheibe Patienten- /
Schwesternnotruf weiß - Busch-Duro 2000® SI



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 1790-584-212 |
| Bestellnummer | 2CKA001710A2876 |
| EAN | 4011395951309 |
| Beschreibung | 1790-584-212 Zentralscheibe Patienten- / Schwesternnotruf weiß - Busch-Duro 2000® SI |
| Langbeschreibung | Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung. Für ZETTLER® Varioline Einsätze der Serie 125.xxx.. |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Anwendung | Patienten- / Schwesternnotruf |
| Geeignet für | D-Sub Single |
| Schalterdesign | Busch-Duro 2000® SI |

Busch-Duro 2000® SI Linear

| | |
|-------------------|---------------------|
| Montageart | Unterputzmontage |
| RAL Nummer | RAL 1013 - perlweiß |
| Farbe | weiß |
| Anwendungsbereich | Gesundheitswesen |

Umwelt

| | |
|------------------|--|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E0646 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------|
| Breite des Produkts | 54 mm |
| Höhe des Produkts | 54 mm |
| Tiefe des Produkts | 14.5 mm |
| Nettogewicht | 10 g |

Bestelldaten

| | |
|----------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge | Karton 10 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Bruttogewicht | 0.2 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA200000E0646 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC002251 - Zentralelement Klinikinstallation |
| ETIM 9 | EC002251 - Zentralelement Klinikinstallation |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| CN8 | 8538 90 99 |
| eClass | V11.0 : 27144069 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Licht / Signalisierung

